

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера

ОАО «Беларуськалий»

 В.А.Тараканов

25. 11 2013

Техническое задание
на закупку весов аналитических электронных
для центральной лаборатории на 2014 год

№	Требования	
1	Назначение СИ	Измерение массы образцов при выполнении аналитических и исследовательских работ
2	Диапазон измерения	Интервал диапазона – от 0 до 210 г.
3	Дискретность	0,1 мг
4	Класс точности по ГОСТ 24104-2001	I (специальный)
5	Условия эксплуатации	От плюс 10 до плюс 40 °С; относительная влажность воздуха до 80 %.
6	Срок службы	Не менее 7 лет
7	Требования к питанию	~ 230 В ± 10 %; 50 Гц
8	Требования к монтажу и наладке, ремонту	Необходим пуск в эксплуатацию и обучение представителями фирмы-поставщика. Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту на территории РБ; ремонтпригодность
9	Требования к комплектации	Поверенная калибровочная гиря массой 200 г.
10	Требование к документации и сертификации	Техническое описание, инструкция по эксплуатации и ремонту, паспорт, свидетельство о первичной поверке аккредитованной в РБ лабораторией на прибор и на гирю, сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа, методика поверки. Документация на русском языке. Весы и калибровочная гиря должны быть внесены в Государственный Реестр СИ РБ.
11	Другие специальные требования	Наличие управляемой по температуре и времени автоматической калибровки встроенным грузом; весовая ячейка повышенной надежности – MONOBLOCK; наличие функции автоматического открывания и закрывания дверок стеклянного кожуха в требуемые моменты времени.
12	Сроки поставки	III – IV квартал 2014 г.
13	Гарантийный срок	24 месяца
14	Количество	1 шт.

Начальник ЦЛ



В.А.Сивоконь

Согласовано:

Начальник УА – главный метролог



О.М. Чечуха

Зам. начальника УА по метрологии



Д.П.Кальченко