

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 ОАО «Беларуськалий»  
 \_\_\_\_\_ И.А.Подлесный  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018

Техническое задание  
 на приобретение средства измерения – барометра  
 для центральной лаборатории на 2018 год

№ п/п	Требования	
1	Назначение	Барометр предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях
2	Требования к оборудованию	Диапазоны измерений давления от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт.ст)
		Пределы допускаемой погрешности после введения поправок из паспорта $\pm 0,5$ кПа ( $\pm 3,75$ мм рт. ст.)
		Цена деления шкалы 0,1 кПа (1,0 мм рт. ст.)
		Средний срок службы - не менее 6 лет
5	Условия эксплуатации	Температура окружающей среды - от 0 °С до плюс 40 °С,
		Относительная влажность воздуха - не более 80 %
8	Требования к документации	Техническое описание и сервисная документация, инструкция по эксплуатации, паспорт.
		Сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа, описание типа (прибор должен быть внесен в Реестр СИ РБ), методика поверки, свидетельство о первичной поверке аккредитованной лабораторией РБ - вся документация должна быть представлена на русском языке.
		Сведения о содержании ДМ
9	Количество	2 штуки
10	Срок поставки	2-3 квартал 2018 года
11	Гарантийный срок	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию
14	Другие специальные требования к предложению	В предложении обязательно указывать ответ на каждый пункт технического задания (в том числе отдельные подпункты) в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение, не содержащее ответы на все вопросы технического задания, считается не соответствующим. Вместе с предложением должна быть представлена техническая документация, подтверждающая достоверность приведенной в предложении информации

Начальник ЦЛ

В.А.Сивоконь

Согласовано:

Начальник УА – главный метролог

О.М. Чечуха

Зам. начальника УА по метрологии

Д.П.Кальченко